

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Belanja Modal Alat USG 2 Dimensi

1. LATAR BELAKANG : Guna mewujudkan visi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini puskesmas pilihan pertama masyarakat dengan layanan lengkap, bermutu tinggi dan dengan ilmu terkini, sangat dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Sejalan dengan perkembangan Puskesmas di wilayah kabupaten luwu, maka diperlukan juga pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kelengkapan peralatan kedokteran dan peralatan kesehatan dan penunjang lainnya guna memenuhi dan meningkatkan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Bahwa kemajuan teknologi peralatan kedokteran dan kesehatan saat ini sangat pesat dan mampu mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat pada Puskesmas. Pemenuhan peralatan kedokteran mengingat permintaan masyarakat akan pelayanan semakin mendesak.

Dalam meningkatkan kinerja puskesmas diperlukan fasilitas pelayanan yang memadai. Salah satu pelayanan yang membutuhkan penambahan fasilitas adalah pelayanan USG di poli kebidanan. Saat ini poli tersebut belum mempunyai alat USG , sehingga perlu ada alat tersebut untuk mendukung pelayanan. Untuk itu kepentingan alat USG tersebut perlu diwujudkan untuk mendukung pelayanan di masing masing puskesmas sesuai wilayah kerja masing masing.
2. MAKSUD DAN TUJUAN :
 - a. Maksud
Maksud dilaksanakannya pengadaan alat kesehatan adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dalam hal ini poli kebidanan.
 - b. Tujuan
Untuk memenuhi kebutuhan fasilitas peralatan kedokteran USG 2 Dimensi untuk mendukung pelayanan kesehatan di puskesmas
3. TARGET DAN SASARAN : Target/sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan ini adalah terpenuhinya kebutuhan Alat kesehatan di wilayah masing masing puskesmas di kabupaten luwu timur.
4. LOKASI PEKERJAAN : Lokasi kegiatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur.
Alamat : jl. Ki Hajar Dewantara Kec. Malili
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA :
 - a. Sumber Dana : DAK Kabupaten Luwu Timur
 - b. **Pagu Anggaran :**
Rp. 2.282.170.950,-
6. NAMA PROYEK/SATKER /PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN : Nama Proyek :
Belanja Modal Alat Kedokteran gawat darurat
 1. Satuan Kerja :Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur
 2. Pejabat Pembuat Komitmen : **Dr. Hj. Rosmini Pandin, MARS**
- NIP : 19690909 200112 2 001
- Pangkat/Gol : Pembina TK. I / IV b

7. DATA PENUNJANG
- a. Data Dasar
1. Alokasi dana sesuai dengan (DPA Dinas Kesehatan Tahun 2022)
- b. Referensi Hukum
1. Undang – Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 2. Undang - Undang No. 40 tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional
8. RUANG LINGKUP
- Lingkup kegiatan
- Pengadaan Aat kesehatan
9. SPESIFIKASI
- Sesuai dengan spesifikasi barang dari belanja epurchesing E-Catalog LKPP Pemerintah.
10. PERALATAN DAN MATERIAL DARI PENYEDIA JASA
- Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa
- a. Personil dan fasilitas pengiriman barang sampai tujuan akhir pengiriman barang
 - b. Personil dan fasilitas bongkar muat barang di tempat penyimpanan barang pada tujuan akhir pengiriman barang
11. LINGKUP PENYEDIA JASA
- Lingkup kewenangan penyedia jasa
- a. Melaksanakan pengiriman barang sesuai kontrak
 - b. Penggantian barang yang rusak / tidak sesuai dengan spesifikasi
12. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
- Jangka waktu penyelesaian kegiatan
- Jangka waktu penyelesaian kegiatan dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak SPK ditandatangani.
13. LAPORAN
- Laporan
- A. Laporan / berita acara penerimaan hasil pekerjaan barang / jasa lainnya
 - B. Laporan / berita acara penerimaan barang / jasa
 - C. Laporan / berita acara serah terima pekerjaan
14. HAL-HAL LAIN
- Hal-hal lain
- A. Belanja dilakukan melalui Epurchesing ecatalog LKPP pemerintah.
 - B. Alih pengetahuan: jika diperlukan penyedia barang / jasa berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek / satuan Pejabat Pembuat Komitmen.

Spesifikasi :

No	Nama Barang	Spesifikasi
1	USG 2 Dimensi	<p>Ukuran & Berat Ukuran Ukuran Pengemasan Berat Bersih Berat Kotor 155 × 360 × 370 mm 11.5 kg 6.0 kg 460 × 370 × 565 mm Port Probe & Holder Probe Port Probe Holder 2 Port Aktif 2 Probe Holder Tenaga Kelistrikan Tegangan masukan Frekuensi Daya Masukan Sekering AC 100V ~240V 50Hz/60Hz 100VA F3.15AL250V (φ5×20 mm) Lingkungan Pengoperasian Suhu Sekitar Kelembaban relatif Tekanan atmosfer +5°C ~ + 40°C 25% ~ 80% 70kpa ~ 106kpa Transportasi & Penyimpanan Suhu Sekitar Kelembaban relatif Tekanan atmosfer -20°C ~ +55°C 10% ~ 95% 50kpa ~ 106kpa Frekuensi Probe UT-C-3.5R60 Convex Array Probe 2.5/3.0/3.5/4.0/5.0MHz UT-C-3.5R20 Micro-convex Array Probe 2.0/3.0/3.5/4.0/5.0MHz UT-L-7.5 Linear Array Probe 5.0/7.5/10/THI10.0/12.0MHz UT-C-6.5R10 Intra-cavity Probe 5.0/6.5/7.5/8.0/9.0MHz.</p> <p>Pengukuran & Laporan General Distance Perimeter (ellipse & trace) Area (ellipse & trace) Surface (ellipse) Volume (ellipse) Angle Ratio Laporan Abdomen Liver, CHD, PV, GB, Kidney, Spleen, Pancreas Obstetric BPD, CRL, GS, HC, AC, FL, TIBIA, ULNA, AFI,CER,NT,NF,PL,AF GA & EDD & EFW calculation Laporan Gynecology Uterus Radial Line (L*H*W) En Thick Ovary Volume Dominant Follicle Cervix Major Diameter Corpus Cervix Laporan Cardiac Distance,Time,Heart Rate,EF Slope Automatic Report & Print Small Parts Thyroid Gland Bladder, Prostate, Testicle Laporan Urology Prostate Laporan</p>

Malili, 18 April 2022

Pejabat Pembuat komitmen



dr. Hj. Rosmini Pandin, MARS

NIP.19690909 200112 2 001